



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12, centrala: (022) 711 90 00  
tel. (022) 711-90-48, fax: (0-22) 711-90-28 e-mail: inwestycje@stocer.pl

Konstancin - Jeziorna, dnia 06.05.2011 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**Dotyczy: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji**  
**Znak sprawy: PN - 13/2011**

Do Działu Zamówień Publicznych wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

**Pytanie 1 dotyczy Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego o zawartości siarczanów 0,084% i chlorków 0,025% ? Produkt jest zgodny z normą PN EN 868 – 2 i ISO 11607 - 1. Nadmierne uszczegółowienie wymagań może wskazywać producenta.

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie nam konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 2 dotyczy Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,7 kN/m i w kierunku poprzecznym 0,41 kN/m? Produkt jest zgodny z normą PN EN 868 – 2 i ISO 11607 - 1. Nadmierne uszczegółowienie wymagań może wskazywać producenta.

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie nam konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 3 dotyczy Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o wytrzymałości na rozdarcie 1250 mN, spełniającej wszystkie pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Miller

tel. / 022/ 711 90 48

fax /022 / 711 90 37