



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

tel. 0-22 711 90 00, fax: 0-22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl www.stocer.pl

Dział zamówień publicznych
Tel fax 022 711-90-37

Konstancin 2012.04.13

Do uczestników postępowania

Szanowni Państwo,

Dot. sprawy: PN-17/2012 dostawa implantów kręgosłupowych – implanty poliwęglowe.

Do Zamawiającego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania, w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, prośby o następujące wyjaśnienie:

1. Dotyczy Pakiet nr 7: Stabilizacja kręgosłupa odcinka lędźwiowego z możliwością połączenia sztywnej stabilizacji z dynamiczno-tytanową.

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w skład kompletu podlegającego wycenie wchodzi 4 śruby, 2 pręty zaś inne elementy opcjonalne powinny być wycenione jako opcja poza tabelką ofertową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje wyceny 4 śrub i 2 prętów i jako osobnej pozycji ceny 2 łączników dynamicznych, które mają być wliczone w wartość netto i brutto pakietu.

Z poważaniem

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax 022 711-90-37.

Sprawę prowadzi:

Beata Kurzawa

Tel.022 711-90-37

