



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

tel. 0-22 711 90 00, fax: 0-22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl www.stocer.pl

Konstancin Jeziorna dn. 21.10.2011 r.

## Do wszystkich uczestników postępowania

**Dot. przetargu nieograniczonego pon. 193.000 Euro na** Dostawę wyrobów medycznych – szwy chirurgiczne. Znak sprawy: PN - 46/2011

Szanowni Państwo,

Do Zamawiającego wpłynęły złożone przez uczestników ( Wykonawców) w/w postępowania, w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, następujące pytania:

### Dotyczy Pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści szew wchłaniający pleciony syntetyczny powlekany, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego o podtrzymywaniu ok 35 dni, po 14 dniach od wszczepienia 80% pierwotnej siły podtrzymywania, po 21 dniach 30%. Okres wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź: NIE**

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści szew wchłaniający pleciony syntetyczny powlekany, wykonany z polimerów kwasu poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu po 14 dniach od wszczepienia 80% pierwotnej siły podtrzymywania, po 21 dniach 30%. Okres wchłaniania 60-90 dni?

**Odpowiedź: NIE**

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 1,2,3 dopuści igłę bez wzmocnienia?

**Odpowiedź: NIE**

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 4 i 7 dopuści igłę o długości 37 mm?

**Odpowiedź: TAK**

5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 4,7,8,9,10,11 dopuści nić o długości 70 cm?

**Odpowiedź: TAK**

6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 5 dopuści igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 12 dopuści igłę okrągłą 1/2 koła o długości 76 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 13 dopuści igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

### Dotyczy Pakietu nr 2

9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści szwy poliestrowe, plecione, powlekane silikonem?

**Odpowiedź: NIE**

10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 1 dopuści igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź: TAK**

11. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 2 dopuści igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź: TAK**

12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 3 dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź: NIE**

13. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 4 dopuści igłę odwrotnie tnąca 3/8 koła 77mm, nić w rozmiarze 2 o długości 45 cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 4 dopuści igła okrągła 1/2 koła 76mm, podwójna, z nicią w rozmiarze 0 o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 5 dopuści nici 5x45cm w rozmiarze 2-0?

**Odpowiedź: NIE**

16. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 5 dopuści nici 6x45cm w rozmiarze 3-0?

**Odpowiedź: NIE**

17. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 7 do osobnego pakietu, co pozwoli na start większej ilości oferentów i możliwość uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków.

**Odpowiedź: NIE**

18. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 8 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

19. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 9 dopuści nici pakowane 8 sztuk w saszetce, 4 białe i 4 niebieskie? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę Zamawiającego o podanie liczby zamawianych saszetek. W przypadku odpowiedzi odmownej, proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

20. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 9 dopuści nici bez podkładek PTFE, 4 białe i 4 niebieskie? W przypadku odpowiedzi odmownej, proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 10 dopuści 2 igły okrągłe przyostrzone, zaopatrzone w podkładki PTFE 3x5x1,5mm, 5 nici białych 5 nici niebieskich? W przypadku odpowiedzi odmownej, proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: TAK**

### **Dotyczy pakietu nr 3**

22. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści szew bez czynnika antybakteryjnego? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o uzasadnienie.

**Odpowiedź: NIE**

23. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 1 dopuści igłę o długości 30mm z nicią o długości 90 cm?

**Odpowiedź: NIE**

24. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści igłę o długości 27mm z nicią o długości 75 cm?

**Odpowiedź: NIE**

25. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści igłę o długości 30mm z nicią o długości 90 cm?

**Odpowiedź: NIE**

26. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 3 dopuści igłę o długości 30mm z nicią o długości 75 cm?

**Odpowiedź: TAK**

27. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

28. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 6 dopuści igłę okrągłą 1/2 koła o długości 17mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Dotyczy pakietu nr 4**

29. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 szew syntetyczny monofilamentowy, długowchłaniający (180-210 dni), niepowlekany; podtrzymywanie tkankowe około 42 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach min. 75% pierwotnej siły, po 3 tygodniach min. 65% , a po 4 tygodniach 50 %? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o uzasadnienie.

**Odpowiedź: NIE**

30. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycjach 1 do 8 dopuści nici o długości 75cm?

**Odpowiedź: TAK**

31. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji 7 dopuści igłę o długości 26mm, wzmocnioną? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: NIE**

32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w pozycji 7 dopuści igłę o długości 40mm, okrągłą, zwykłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Dotyczy pakietu nr 5**

33. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 1,3 dopuści igłę kosmetyczną konwencjonalnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

34. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 2 dopuści igłę o długości 60 mm, z nicią o długości 75 cm?

**Odpowiedź: NIE**

35. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 4 dopuści 2 igły okrągłe 10mm, 3/8 koła mikrochirurgiczne, o kącie 140°?

**Odpowiedź: TAK**

36. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 5 dopuści 2 igły okrągłe 8mm, 3/8 koła mikrochirurgiczne, o kącie 135°?

**Odpowiedź: TAK**

37. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 6 dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

38. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 6 dopuści nić o długości 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

39. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 7 dopuści igłę okrągłą 1/2 koła o długości 26mm z nicią o długości 75cm?

**Odpowiedź: NIE**

40. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 8 dopuści igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

41. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 9 dopuści nić w rozmiarze 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

42. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 9 dopuści dwie igły okrągłe 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Dotyczy pakietu nr 6**

43. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 1 dopuści igłę o długości 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

**Dotyczy pakietu nr 7**

44. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 1,2,3 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: NIE**

45. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 6,7 dopuści igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: TAK**

46. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 8,9 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

47. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycjach 10,11,13 dopuści igła odwrotnie tnąca o długości 77mm z nicią o długości 75cm, w rozmiarze 2? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: NIE**

48. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji 12 dopuści igła odwrotnie tnąca z nicią o długości 75 cm?

**Odpowiedź: NIE**

49. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji 14 dopuści igła 3/8 koła 6mm, o kącie 115°, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE**

50. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż w pakiecie nr 1 wymagają Państwo szew, którego początek wchłaniania to 56 dzień a zakończenie 70 dzień.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

51. Proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 1 :

Poz. 1, 2, 3, 4 , 7 , 8 nitki 90 cm

**Odpowiedź: NIE**

Poz. 4 igły 35mm

**Odpowiedź: TAK**

Poz. 5 igły 30mm

**Odpowiedź: TAK**

Poz. 10,11 igły 22

**Odpowiedź: NIE**

52. Proszę o wyłączenie pozycji 12 do innego pakietu np., nr 2.

**Odpowiedź: NIE**

53. Pytanie dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną, wchłanialną, plecioną, syntetyczną, wytwarzaną z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekaną mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia, czas wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

**Odpowiedź: NIE**

54. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 4, 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?  
**Odpowiedź: TAK**
55. Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?  
**Odpowiedź: TAK**
56. Pytanie dot. Pakietu 1 poz. 12 Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem ( *przyostrzoną* ), przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?  
**Odpowiedź: NIE**
57. Pytanie dot. Pakietu nr 4 poz. 1-8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm zamiast wymaganych 70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?  
**Odpowiedź: NIE**
58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **modyfikację §1 pkt. 3** wzoru umowy w następujący sposób na : "Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości wyrobów od określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, **pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy** , o ile czynniki medyczne, ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność takiego postępowania, a w szczególności w przypadku gdy ilości i wartości świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia okażą się mniejsze od spodziewanych (ustalonych w oparciu o dane z lat ubiegłych), a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę. "?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
59. Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §6 pkt 1 **z 0,2% na 0,1%** ?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §6 pkt 4 **z 5% na 2%** ?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w §6 pkt 4 **z 5% na 3%** ?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
63. Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego kleju tkankowego na bazie **n-hexyl** cyjanoakrylanu?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
64. Czy Zamawiający w **Pakiecie 10** wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju tkankowego na bazie **n-hexyl** cyjanoakrylanu pakowanego po 6 szt.?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
65. Czy Zamawiający zgodnie z **art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 10 poz. 2** i utworzy z niej odrębny pakiet albo dopuści możliwość składania ofert na pozycje?  
**Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ**
66. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści jako produkt równoważny w pakiecie nr. 1 szew wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego o czasie całkowitej absorpcji 50-80 dni o zdolności podtrzymywania tkanek po 14 dniach min. 63% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 42%?  
**Odpowiedź: NIE**
67. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji od 1 do 4 długość nici również 90cm?  
**Odpowiedź: NIE**
68. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 5 rozmiar igły również 30mm?

**Odpowiedź: TAK**

69. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 7 długość nici również 90cm?

**Odpowiedź: NIE**

70. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 8 długość nici również 90cm?

**Odpowiedź: NIE**

71. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści jako produkt równoważny w pakiecie nr. 1A szew wchłaniający wykonany z kwasu poliglikolowego bez powłoczenia antybakteryjnego o czasie całkowitej absorpcji 50-80 dni o zdolności podtrzymywania tkanek po 14 dniach min. 63% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 42%?

**Odpowiedź: NIE**

72. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1A pozycji od 1 do 2 długość nici również 75cm?

**Odpowiedź: NIE**

73. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1A pozycji 3 długość nici również 90cm?

**Odpowiedź: NIE**

74. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 szwy wchłaniające jednowłóknowe również bez powłoczenia antybakteryjnego oraz o zdolności podtrzymywania tkanek po 7 dniach min. 55% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 25%?

**Odpowiedź: NIE**

75. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji od 1 do 4 rozmiar igły również 30mm?

**Odpowiedź: NIE**

76. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycji 6 rozmiar igły również 18mm?

**Odpowiedź: NIE**

77. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr pozycji 8 długość nici również 76cm?

**Odpowiedź: NIE**

78. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycji 8 długość nici również 76cm?

**Odpowiedź: TAK**

79. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 pozycji 14 średnicę 200μ ?

**Odpowiedź: NIE**

Z poważaniem

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu:  
(022) 711-90-37 oraz podanie informacji j.n.: dostawa wyrobów medycznych – szwy chirurgiczne

**Znak sprawy PN-46/2011**

Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ): .....

1. Data otrzymania: .....

*Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163.)*

.....  
*Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –  
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.*