



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

tel. 0-22 711 90 00, fax: 0-22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl www.stocer.pl

Konstancin-Jeziorna dn. 16.02.2012 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

**Dotyczy: Dostawa – materiały do sterylizacji.
Znak sprawy: PN - 19/2012**

Do Działu Zamówień Publicznych i Inwestycji wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

Pytanie nr. 1 - Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zmianę koloru z żółtego na granatowy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 2 - Pakiet 1 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści taśmę szerokości 1,8 cm?

Odpowiedź; Tak

Pytanie nr. 3 - Pakiet 1 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści taśmę szerokości 1,8 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 4 - Pakiet 1 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści taśmę szerokości 2,4 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr. 5 - Pakiet 1,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji 5, 11, 12, 13,15 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty korzystnej cenowo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający prostuje zapis pakietu 1 pozycja 4:

Zapis brzmi:

Wskaźnik wsadu sterylizacji parą wodną o parametrach 134°C-7 min., 121 °C - 20 min., nietoksyczny klasa VI wg. ISO 11140 -1, samoprzylepny wraz z przyrządem do każdego opakowania . 1 op/400 szt + przyrząd – ilość sztuk 15 op. **(600 szt)**.

Winno być:

Wskaźnik wsadu sterylizacji parą wodną o parametrach 134 C-7 min., 121 °C- 20 min., nietoksyczny klasa VI wg. ISO 11140 -1, samoprzylepny wraz z przyrządem do każdego opakowania . 1 op/400 szt + przyrząd – ilość sztuk 15 op. **(6000 szt)**

Z poważaniem

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (022) 711 90 48

Fax (022) 711 90 37